Mode d'emploi
Daily System Clean

(Mise à jour Avril 2010)

Réf: 848 000 060

Fonction:
DAILY SYSTEM CLEAN est utilisé pour le nettoyage quotidien des automates de laboratoire.
Il se présente en solution de couleur rose faiblement acide. La solution de travail a un pH proche de 3 Le mélange de 3 composants actifs permet:

- Une action bactéricide et fongique puissante Une inactivation des virus
- Une action nettoyante intense (grâce au milieu faiblement acide, toutes les surfaces seront doucement nettoyées sans corrosion). C'est particulièrement le cas des aiguilles, seringues, vannes, tubulures et containers équipant les automates. Ces pièces présentent un risque élevé de contamination car elles ne peuvent être nettoyées manuellement de façon aisée en raison de leur localisation dans les appareils
- Une élimination rapide des germes par le rinçage des tubulures

Préparation de la solution de travail (1:20):
DAILY SYSTEM CLEAN est fourni en solution concentrée dans un flacon plastique de 250ml.
Préparer la solution de travail en diluant avec de l'eau déminéralisée. Ajouter l'eau lentement pour éviter la formation de mousse. Fermer le récipient et agiter. La solution est prête à l'emploi.

Mesures à prendre si DAILY SYSTEM CLEAN (concentré ou prêt à l'emploi) est renversé:
Porter des vêtements de protection, des gants et des lunettes. Enlever la solution avec du papier absorbant et rincer abondamment avec de l'eau.

Mode d'emploi:
Il est difficile de recommander un temps de contact pour le traitement des surfaces internes d'un système automatique permettant une décontamination complète. Evidemment, le temps nécessaire dépend du degré de contamination. La procédure suivante est recommandée dans le cas d'un usage hebdomadaire:
La solution de nettoyage peut être laissée en contact avec le système pendant 10 minutes. Ensuite, le système doit être rincé au moins cinq fois (ou mieux six fois) avec 10 ml d'eau. Il est important qu'aucune trace de solution DAILY SYSTEM CLEAN ne reste dans le système. Noter que les éventuelles traces de la solution faiblement acide peuvent affecter les analyses réalisées sur l'analyseur. **Pour un nettoyage et un rinçage efficaces et corrects de l'analyseur Tango Bio-rad, vous reporter au manuel d'utilisation.**

Stabilité:
DECONTAMINATION CLEAN concentré est stable, à température ambiante et à l'abri de la lumière, jusqu'à la date d'expiration imprimée sur l'étiquette. Protéger la bouteille de dommages mécaniques.
La stabilité de la solution de travail stockée dans les mêmes conditions peut atteindre 6 mois, sous réserve de l'absence de contamination du container et de l'eau.

Premières mesures à prendre:

Identification du danger: **Dangereux**, **provoque une irritation des yeux**
R36 Provoque une irritation des yeux

Ne jamais utiliser DAILY SYSTEM CLEAN en pulvérisation en raison du risque d'inhalation. Il peut provoquer une forte irritation des voies respiratoires.

Informations générales:
S24/S25 Eviter tout contact avec la peau et les yeux
S37/39 Porter des gants et vêtements de protection adaptés
S27 Enlever immédiatement les vêtements mouillés par le liquide

En cas de contact avec la peau:
S26 En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et prendre un avis médical
S28 En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Si les symptômes persistent, prendre un traitement médical.
S45 En cas d'accident ou si vous vous sentez mal, prendre immédiatement un avis médical. Montrer l'étiquette ou la feuille de donnée de sécurité si possible.

En cas d'inhalation:
S63 Mettre la personne concernée à l'air frais et la garder immobile. En cas de difficultés respiratoires, mettre sous assistance respiratoire et demander un médecin.

En cas d'ingestion:
S64 Mettre la personne en position de vomissement sur le coté. Ne pas provoquer le vomissement, Appeler un médecin immédiatement.

Général:
Ces informations sont données au mieux de notre connaissance et peuvent ne pas être entièrement complètes.
L'utilisateur peut les utiliser en complément de son propre savoir-faire.

Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH, Industriestraße 1, D-63303 Dreieich, Allemagne